



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO PRED SEVANJI

Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 87 09

F: 01 478 87 15

E: gp-ursvs.mz@gov.si

www.uvps.gov.si

Številka: 18601-383/2025-2717-3

Datum: 25. 11. 2025

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Damijan Škrk
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00DE899DA00000000057
Potek veljavnosti: 19. 01. 2028
Čas podpisa: 25. 11. 2025 08:40
Št. dokumenta: 18601-383/2025-2717-3

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji izdaja na podlagi 21. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-10) ter 16. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 ter spremembe in dopolnitve) na vlogo stranke Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, ki jo zastopa Dražen Levojevič, direktor, v postopku pridobitve dovoljenja za uporabo vira sevanja, naslednje

DOVOLJENJE

za uporabo intraoralnega zobnega rentgenskega aparata

Myray – Hypersphere (št. Z-3767)

Imetnik dovoljenja: Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, ki ga zastopa Dražen Levojevič, direktor. Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji je Tina Nikolič, dr. dent. med.

Opis vrste, velikosti in namena uporabe vira sevanja: Imetniku dovoljenja se dovoli uporaba intraoralnega zobnega rentgenskega aparata Myray – Hypersphere (št. Z-3767) številka naprave 706H0487 z rentgensko cevjo Toshiba D-041 št. 8A34440. Najvišja anodna napetost je 70 kV, najvišji anodni tok 8 mA. Vir se bo uporabljal za točkovno rentgensko slikanje zob pacientov v skladu s programom radioloških posegov z oznako LDOZ-PRP-7448, revizija 1, z 11. 11. 2025.

Veljavnost dovoljenja: Do **25. novembra 2030** oziroma do preklica na predlog pristojnega inšpektorja, menjave rentgenske cevi, premestitve rentgenskega aparata, spremembe programa radioloških posegov ali sprememb ukrepov varstva pred sevanji.

Način uporabe vira sevanja: Radiološki posegi bodo potekali v zobni ordinaciji Zdravstvenega doma Brežice, na lokaciji Zdravstvene postaje Bizeljsko, Bizeljska cesta 49, 8259 Bizeljsko. Izvaja jih doktorica dentalne medicine, ki se med ekspozicijo nahaja na nadzorni točki v sosednjem prostoru. Za zajem slik se uporablja digitalna radiografija. Odgovornost za radiološke posege nosi doktorica dentalne medicine.

Obveznosti glede pregledov in vzdrževanja vira sevanja: Pooblaščen izvedenec medicinske fizike mora vsaj enkrat letno in po vseh posegih na radiološki opremi, ki lahko ključno vplivajo na njeno delovanje, preveriti sprejemljivost radiološke opreme za izvajanje radioloških posegov, za katere se uporablja.

Ukrepi po prenehanju veljavnosti dovoljenja: Vsaj en mesec pred prenehanjem veljavnosti zaprositi za podaljšanje dovoljenja za uporabo tega vira ali javiti prenehanje njegove uporabe.

Druge obveznosti: Izvajalec radioloških posegov lahko z navedenim aparatom izvaja samo sevalne dejavnosti, za katere ima veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti.

Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Stranka je 13. 11. 2025 zaprosila za podaljšanje dovoljenja za uporabo intraoralnega zobnega rentgenskega aparata Myray – Hypersphere (št. Z-3767) številka 18601-2/2020-2 z 29. 1. 2020 in vlogo dopolnila 21. 11. 2025. Imetnik dovoljenja ima veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti številka 18600-3/2020-7 z 29. 1. 2020. Poročilo o pregledu rentgenskega aparata z oznako LDOZ-3767/2025 z 11. 11. 2025 kaže, da je aparat tehnično brezhiben in ustreza kriterijem kontrole in zagotavljanja kakovosti. Zaščita pred ionizirajočim sevanjem je primerno urejena in ustreza predpisom. Delo bo potekalo v skladu z navodili za varno delo z viri sevanja z oznako NVD-4723, ki sta jih izdelala Matjaž Strašek, dr. dent. med., in Manca Podvratnik, mag. med. fiz., izvedenka varstva pred sevanji.

V skladu s programom radioloških posegov z naslovom "Program radioloških posegov za intraoralno slikanje zob" z oznako LDOZ-PRP-7448, revizija 1, z 11. 11. 2025, ki so ga izdelali Renata Volf Matković, dr. dent. med., Tina Nikolić, dr. dent. med., in dr. Jaka Kovač, univ. dipl. fiz., pooblaščen izvedenec medicinske fizike, odgovornost za posege nosi doktorica dentalne medicine, ki jih tudi izvaja. Za zajem slik se uporablja digitalna radiografija. Protokoli za izvedbo standardnih radioloških posegov, ki se izvajajo na tem aparatu, so po mnenju pooblaščenega izvedenca medicinske fizike ustrezno optimizirani. Vsebina rednih tehničnih pregledov je opredeljena v programu radioloških posegov.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to dovoljenje je dovoljena pritožba na Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Upravi Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se po Zakonu o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/2010-UPB5 ter spremembe in dopolnitve) tar. št. 2 plača taksa v znesku 18,10 EUR.

Stranka je oproščena plačila upravne takse po 23. členu Zakona o upravnih taksah.

Pripravila:

dr. Katarina Kovačič
inšpektor svetnik

dr. Damijan Škrk
direktor

Vročiti:

- Zdravstveni dom Brežice, drazen.levojevic@zd-brevice.si – po e-pošti
- Arhiv URSVS

V vednost:

- Zdravstveni dom Brežice, Tina Nikolić, odg. oseba, tina.nikolic@zd-brevice.si – po e-pošti
- ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., urban.zdesar@zvd.si – po e-pošti